

GZ1590/2011 Korrektur zu GZ2784/2010

EG-Baumusterprüfbescheinigung/EC type examination certificate
Nr. A 0445/2784/2010
Temperaturfühlerpaar der Bauart 90.2428/50 und 90.2438/50

ausgestellt von Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV)
issued by Kennummer als benannte Stelle: 0445

gemäß §§ 18 und 39 des Maß- und Eichgesetzes (MEG), BGBl.Nr.152/1950, in der geltenden Fassung, in Zusammenhalt mit der Verordnung BGBl.II Nr. 274/2006 igF. und den Eichvorschriften für Wärmezähler, Amtsblatt für das Eichwesen 3/2006 igF., welche die Richtlinie 2004/22/EG igF. umsetzen.

according to §§ 18 and 39 of Metrology Act, federal gazette No. 152/1950, as amended, the regulation concerning measuring instruments federal gazette II 274/2006 as amended and the regulation concerning Heat meters, Amtsblatt für das Eichwesen 3/2006 as amended, implementing directive 2004/22/EC as amended.

ausgestellt für Ista International GmbH
issued to Grugaplatz 2
45131 Essen
Deutschland

für Temperaturfühlerpaar für Wärmezähler
for im Direkteinbau (Bauart: 90.2428/50) und
im Tauchhülse einbau (Bauart: 90.2438/50)
Typ: Pt100, Pt500, Pt1000 nach DIN EN 60751:1996

Gültig bis 13. Juli 2020
valid until

Die Hauptmerkmale, Anforderungen und Auflagen sind in der Anlage enthalten, die Bestandteil der Bescheinigung ist und 12 Seiten umfasst.

Description, technical data, requirements and security measures are included in the Annex (12 pages) being part of the type examination certificate.

Wien, am 18. Februar 2011
Die Leiterin der benannten Stelle



Ulrike Fuchs
Dr. Ulrike Fuchs

BEV
Benannte Stelle – NB 0445
Arltgasse 35
A – 1160 Wien

Tel.: +43-(0)1-21 110-6360
Fax: +43-(0)1-21 110-6000
E-Mail: Benannte.Stelle@bev.gv.at
See you: www.bev.gv.at

UID: ATU38473200
PSK: 5190001
BLZ: 60000
IBAN: AT56 6000 0000 0519 0001
BIC: OPSKATWW

