

Amtsblatt für das Eichwesen

Herausgegeben vom BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Jahrgang 2026

Wien, am 03. Juni 2026

Nr. 2

Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Schiffamtsgasse 1-3, 1020 Wien
Tel.: +43 1 21110-822607
E-Mail: recht-verwaltung@bev.gv.at

Inhalt:	Seite
Amtliche Verlautbarungen	
Elektrizitätszähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Stadtwerke Feldkirch (Zl. 2025-0.291.776).....	3
Elektrizitätszähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Stadtwerke Feldkirch (Zl. 2025-0.547.915).....	3
Elektrizitätszähler, Verlängerung der Nacheichfrist, bsf IT-Solutions GmbH (Zl. 2025-0.939.658).....	4
Elektrizitätszähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Stadtwerke Amstetten GmbH (Zl. 2025-1.023.776).....	4
Kaltwasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Stadtwerke Trofaiach GmbH (Zl. 2025-0.690.779).....	5
Kaltwasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Diehl Metering GmbH (Zl. 2025-0.940.475).....	5
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Wassergenossenschaft Gramastetten (Zl. 2025-0.964.414).....	6
Kaltwasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Marktgemeindeamt Wolfers (Zl. 2025-0.964.531).....	6
Kaltwasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Wasserverband Söding-Lieboch (Zl. 2025-1.032.154).....	7
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Stadtgemeinde Braunau am Inn (Zl. 2024-0.906.609).....	7
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Energie Ried GmbH (Zl. 2025-0.557.762).....	8
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Wasserverband Schöckl Alpenquell (Zl. 2025-0.947.539).....	8
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Energie Ried GmbH (Zl. 2026-0.034.166).....	9
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Wasserverband Staintal (Zl. 2026-0.073.336).....	9
Berichtigung des Bescheides Zl. 2025-0.405.836 (Zl. 2025-1.037.045).....	10
Berichtigung des Bescheides Zl. 2025-0.035.797 (Zl. 2025-1.045.185).....	10
Ermächtigung von Eichstellen	
Zl. 2025-0.656.130 Ermächtigung der Eichstelle, Diehl Metering GmbH.....	11
Zl. 2025-0.695.442 Ermächtigung der Eichstelle, BPE Prüf- & Eichtechnik GmbH.....	11
Zl. 2025-0.706.471 Ermächtigung der Eichstelle, Alpitronic Austria GmbH.....	11
Zl. 2025-0.993.384 Ermächtigung der Eichstelle, Bilfinger Industrial Services GmbH.....	12
Zl. 2025-1.065.713 Ermächtigung der Eichstelle, SMATRICS GmbH & Co KG.....	12
Zl. 2026-0.066.132 Ermächtigung der Eichstelle, Netz Oberösterreich GmbH.....	12
Zl. 2026-0.087.649 Ermächtigung der Eichstelle, Seibersdorf Labor GmbH.....	13
Zl. 2026-0.098.316 Ermächtigung der Eichstelle, HEAT Holding International GmbH.....	13
Zl. 2026-0.121.576 Ermächtigung der Eichstelle, Bilfinger Industrial Services GmbH.....	13
Zl. 2026-0.191.846 Ermächtigung der Eichstelle, Eichstelle Pesendorfer.....	14
Zulassungen von Messgeräten; eichtechnische Stellen	
Zl. 2022-0.597.501 Pfeuffer GmbH, Messeinrichtung zur Bestimmung der Feuchte von Getreide.....	14
Zl. 2024-0.255.700 Sprecher Automation GmbH, Messanlagen zur Ermittlung wertbestimmender Merkmal von Rundholz.....	15
Zl. 2025-0.284.632 Yunex Traffic Austria GmbH, Verkehrsgeschwindigkeitsmessgeräte.....	15
Zl. 2025-0.446.172 Kamstrup A/S, Kältezähler und Kombinierte Kälte-/Wärmezähler.....	16
Zl. 2025-0.523.888 Engelmann Sensor GmbH, Kältezähler.....	17
Zl. 2025-0.566.270 ELMI Power GmbH, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge.....	18
Zl. 2025-0.601.112 KEBA eMobility DC GmbH, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge.....	18
Zl. 2025-0.723.888 Autel Netherlnads B.V., Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge.....	20
Zl. 2025-0.765.708 Sontex Deutschland GmbH, Kompakt-Wärmezähler (Kältezähler).....	21
Zl. 2025-0.765.832 Sontex Deutschland GmbH, Kompakt-Wärmezähler (Kältezähler).....	22
Zl. 2025-0.803.062 ChargePoint Network (Netherlands) B.V., Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge.....	23

Inhalt:

Seite

Zulassungen von Messgeräten; eichtechnische Stellen

Zl. 2025-0.831.810	Hectronic GmbH, Tankautomat zum Anschluss an Betriebsstoffmessanlagen.....	24
Zl. 2025-0.850.400	Landis + Gyr GmbH, Vollständiger Kältezähler.....	25
Zl. 2025-0.855.002	UNICODE SYSTEMS, spol. s.r.o., Tankautomaten als Zusatzeinrichtungen für Betriebsstoffmessanlagen	26
Zl. 2025-0.862.978	MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge	27
Zl. 2025-0.863.033	MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge	28
Zl. 2025-0.863.154	MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie zum Betrieb von Elektrofahrzeugen	29
Zl. 2025-0.863.223	MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge	30
Zl. 2025-0.863.268	MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie zum Betrieb von Elektrofahrzeugen	31
Zl. 2025-0.885.210	UNICODE SYSTEMS, spol. s.r.o., Tankautomaten und Fernanzeigeeinrichtungen als Zusatz-Einrichtungen für Betriebsstoffmessanlagen	33
Zl. 2025-0.926.464	Automess GmbH, Ortsdosimeter	33
Zl. 2025-0.974.440	MADIC Deutschland GmbH, Fernanzeigeeinrichtung und Tankautomat als Zusatzeinrichtung für Betriebsstoffmessanlagen	34
Zl. 2025-0.989.673	JENOPTIK Robot GmbH, Verkehrsgeschwindigkeitsmessgerät	34
Zl. 2025-0.992.283	Kreisel Elektrik GmbH, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Lade-Einrichtungen für Elektrofahrzeuge	35
Zl. 2025-1.010.706	NUVIA Instruments GmbH, Freigabemessplatz	36
Zl. 2025-1.014.018	Dr. techn. Josef Zelisko, Elektrische Messwandler	37
Zl. 2025-1.044.695	Ritzh Mérőtranszfomátor Kft, Elektrische Messwandler	38
Zl. 2025-1.045.889	Sontex Deutschland GmbH, Kombierter Kältezähler	39
Zl. 2025-1.054.466	Hectronic GmbH, Zusatzeinrichtung für Betriebsstoffmessanlagen.....	40
Zl. 2026-0.019.225	Landis+Gyr AG, Elektrizitätszähler	41
Zl. 2026-0.019.465	Landis+Gyr AG, Elektrizitätszähler	42
Zl. 2026-0.049.078	KEBA eMobility DC GmbH, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge	43
Zl. 2026-0.075.015	Networked Energy Services Corporation, Elektrizitätszähler	44
Zl. 2026-0.087.851	Diehl Metering GmbH, Kältezähler	45
Zl. 2026-0.101.647	Sontex Deutschland GmbH, Kältezähler-Rechenwerk mit austauschbarem Temperaturfühlerpaar	46
Zl. 2026-0.116.178	Hectronic GmbH, Tankautomat als Zusatzeinrichtung zum Anschluss an Betriebsstoffmessanlagen	47

Zl. 2025-0.291.776

Verlängerung der Nacheichfrist für Elektrizitätszähler

Antragsteller: Stadtwerke Feldkirch, Leusbündtweg 49, 6800 Feldkirch

Die Nacheichfrist der Elektrizitätszähler des nachfolgenden angegebenen Loses der Stadtwerke Feldkirch wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Los Nr. amtlich: 010.03.25.1
Los Nr. intern: 202503
Losgröße: 1933 Stück
(Elektrizitätszähler des Herstellers Echelon der Bauart 83332-3IAAD,
Nennstrom: 5 A, Grenzstrom: 100 A, Eichjahr: 2015, Stichprobenprüfung: 2025)

Die Fertigungsnummern der Elektrizitätszähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Elektrizitätszähler und elektrische Tarifgeräte, BGBl. II Nr. 62/1999, in der geltenden Fassung.

Zl. 2025-0.547.915

Verlängerung der Nacheichfrist für Elektrizitätszähler

Antragsteller: Stadtwerke Feldkirch, Leusbündtweg 49, 6800 Feldkirch

Die Nacheichfrist der Elektrizitätszähler der nachfolgend angegebenen Lose der Stadtwerke Feldkirch wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Los Nr. amtlich: 010.01.15.3
Los Nr. intern: 200701
Losgröße: 1413 Stück
(Elektrizitätszähler des Herstellers Echelon der Bauarten 83321-3362, 83321-3362AA,
Nennstrom: 5 A, Grenzstrom: 100 A, Eichjahr: 2007, Stichprobenprüfung: 2025)

Los Nr. amtlich: 010.02.15.3
Los Nr. intern: 200702
Losgröße: 1402 Stück
(Elektrizitätszähler des Herstellers Echelon der Bauarten 83321-3362, 83321-3362AA,
Nennstrom: 5 A, Grenzstrom: 100 A, Eichjahr: 2007, Stichprobenprüfung: 2025)

Die Fertigungsnummern der Elektrizitätszähler dieser Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Elektrizitätszähler und elektrische Tarifgeräte, BGBl. II Nr. 62/1999, in der geltenden Fassung.

ZI.BEV- 2025-0.939.658

Verlängerung der Nacheichfrist für Elektrizitätszähler

Antragsteller: bsf IT-Solutions GmbH, Gewerbeweg 1, 3683 Yspertal

Die Nacheichfrist der Elektrizitätszähler des nachfolgend angegebenen Loses der Firma bsf IT-Solutions GmbH wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Los Nr. amtlich: 025.01.25.1

Los Nr. intern: Los-bsf01/2025

Losgröße: 1880 Stück

(Elektrizitätszähler des Herstellers Kamstrup der Bauarten 684-11-31A-N14-3101-056 und 684-11-31A-N14-3001-056, Nennstrom: 5 A, Grenzstrom: 100 A, Eichjahr: 2015, Stichprobenprüfung: 2025)

Die Fertigungsnummern der Elektrizitätszähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Elektrizitätszähler und elektrische Tarifgeräte, BGBl. II Nr. 62/1999, in der geltenden Fassung.

ZI. BEV-2025-1.023.776

Verlängerung der Nacheichfrist für Elektrizitätszähler

Antragsteller: Stadtwerke Amstetten GmbH Leitung Stromverteilung, Stadtwerkstraße 2, 3300 Amstetten

Die Nacheichfrist der Elektrizitätszähler des nachfolgend angegebenen Loses der Stadtwerke Amstetten GmbH wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Los Nr. amtlich: 024.01.25.1

Los Nr. intern: 2025/01

Losgröße: 934 Stück

(Elektrizitätszähler des Herstellers Echelon der Bauart 83332-3IAAD,
Nennstrom: 5 A, Grenzstrom: 100 A, Eichjahr: 2015, Stichprobenprüfung: 2025)

Die Fertigungsnummern der Elektrizitätszähler dieser Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Elektrizitätszähler und elektrische Tarifgeräte, BGBl. II Nr. 62/1999, in der geltenden Fassung.

Zl. BEV-2025-0.690.779

Verlängerung der Nacheichfrist für Kaltwasserzähler

Antragsteller: Stadtwerke Trofaiach Ges.m.b.H., 8793 Trofaiach, Luchinettigasse 9

Die Nacheichfrist der Kaltwasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	057.H01.26.1
Interne Los Nummer:	01-Flow2200-2021
Losgröße:	530 Stück
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	KWM2210 (flowIQ 2200)
Dauerdurchfluss Q_3 :	2,5 m ³ /h
Nr. der Konformitätsbescheinigung:	DK-0200-MI001-022
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Kaltwasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. BEV-2025-0.940.475

Verlängerung der Nacheichfrist für Kaltwasserzähler

Antragsteller: Diehl Metering GmbH, Hainburger Straße 33, 1030 Wien

Die Nacheichfrist der Kaltwasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	013.H01.26.1
interne Los Nummer:	Altair-2026-1
Losgröße:	1600
Hersteller:	Diehl Metering GesmbH
Bauart:	Altair
Dauerdurchfluss Q_3 :	4 m ³ /h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	LNE 39018
Jahr der Konformitätsbewertung:	2025
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Kaltwasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

ZI. BEV- 2025-0.964.414

Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Wassergenossenschaft Gramastetten, Südhang 7b, 4201 Gramastetten

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	054.H01.26.1
interne Los Nummer:	OÖW1-2021
Losgröße:	1748
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	Multical 21
Dauerdurchfluss Q_3 :	2,5 m ³ /h; 4,0 m ³ /h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DK-0200-MI001-015
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

ZI. BEV- 2025-0.964.531

Verlängerung der Nacheichfrist für Kaltwasserzähler

Antragsteller: Marktgemeindeamt Wolforn, Kirchenplatz 5, 4493 Wolforn

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	054.H02.26.1
interne Los Nummer:	OÖW2-2021
Losgröße:	1190
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	Multical 21
Dauerdurchfluss Q_3 :	2,5 m ³ /h; 4,0 m ³ /h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DK-0200-MI001-015
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Kaltwasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. BEV- 2025-1.032.154

Verlängerung der Nacheichfrist für Kaltwasserzähler

Antragsteller: Wasserverband Söding-Lieboch, Alte Bundesstraße 4, 8561 Söding-Sankt Johann

Die Nacheichfrist der Kaltwasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	092.H01.21.2
interne Los Nummer:	2016.1
Losgröße:	1155
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	Multical 21
Dauerdurchfluss Q_3 :	2,5 m ³ /h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DK-0200-MI001-015
Jahr der Konformitätsbewertung:	2016, 1. Verlängerung 2021
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Kaltwasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. BEV-2024-0.906.609

Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Stadtgemeinde Braunau am Inn, 5280 Braunau am Inn, Stadtplatz 38

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	065.H01.25.1
interne Los Nummer:	0125
Losgröße:	885 Stück
Hersteller:	Diehl Metering GmbH
Bauart:	171A (Hydrus)
Dauerdurchfluss Q_3 :	4 m ³ /h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	LNE 14586
Jahr der Konformitätsbewertung:	2020
Stichprobenprüfung:	2025

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2025-0.557.762

Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Energie Ried GmbH, Kellergasse 10, 4910 Ried im Innkreis

Die Nacheichfrist der Wasserzähler der nachfolgend angegebenen Lose wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	089.H01.25.1
interne Los Nummer:	ENERGIE_RIED_WASSER_2020_2021_LOS1
Losgröße:	466 Stück
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	FlowIQ 3100
Dauerdurchfluss Q_3 :	4 m ³ /h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DK-0200-MI001-017
Jahr der Konformitätsbewertung:	2020, 2021
Stichprobenprüfung:	2025

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. BEV-2025-0.947.539

Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Wasserverband Schöckl Alpenquell, Kirchplatz 3, 8044 Weinitzen

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	074.H01.26.1
interne Los Nummer:	003
Losgröße:	508
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	Multical 21
Dauerdurchfluss Q_3 :	2,5 m ³ /h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DK-0200-MI001-015
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. BEV-2026-0.034.166

Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Energie Ried GmbH, Kellergasse 10, 4910 Ried im Innkreis

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	089.H01.21.2
interne Los Nummer:	ENERGIE_RIED_WASSER_2016_17_Stichprobe 2
Losgröße:	1200 Stück
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	flowIQ 3100
Dauerdurchfluss Q_3 :	4 m ³ /h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DK-0200-MI001-017
Jahr der Konformitätsbewertung:	2016, 2017
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. BEV-2026-0.073.336

Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Wasserverband Staintal, 8522 Groß Sankt Florian, Marktplatz 3

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	069.H01.26.1
interne Los Nummer:	2026-01
Losgröße:	893 Stück
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	flowIQ 2200
Dauerdurchfluss Q_3 :	2,5 m ³ /h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DK-0200-MI001-022
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021, 2022
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieses Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2025-1.037.045

Korrektur der Zl. 2025-0.405.836 Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Wasserverband Koralm, 8530 Deutschlandsberg, Hauptplatz 35

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgenden angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	072.H01.25.1
interne Los Nummer:	WVK 002
Losgröße:	735 Stück
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	Multical 21
Dauerdurchfluss Q_3 :	2,5 m ³ /h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DK-0200-MI001-015
Jahr der Konformitätsbewertung:	2020, 2021, 2022
Stichprobenprüfung:	2025

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung In Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2025-1.045.185

Korrektur der Zl. 2025-0.035.797 Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Wasserverband Schöckl Alpenquell, 8044 Weinitzen, Kirchplatz 3

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	074.H01.25.1
interne Los Nummer:	002
Losgröße:	451 Stück
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	Multical21
Dauerdurchfluss Q_3 :	2,5 m ³ /h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DK-0200-MI001-015
Jahr der Konformitätsbewertung:	2020
Stichprobenprüfung:	2025

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:

§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung In Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2025-0.656.130

Ermächtigung der Eichstelle Diehl Metering GesmbH, EStNr.: 513

Eichstelle:

Eichstelle: Diehl Metering GesmbH, EStNr.: 513
Adresse: Hainburger Straße 33, 1030 Wien
Eichstellenleiter: Dipl. Ing. Ardian Beqiri
Messgeräte: Wasserzähler und Mengemessgeräte für thermische Energie
(Wärme- und Kältezähler)

Ermächtigungsumfang:

Die Überprüfung nach §10 Abs 5 der Eichstellenverordnung BGBl. II Nr. 93/2004 i.d.g.F. der Eichstelle Diehl Metering GesmbH (Wiederermächtigung) wurde bescheidmäßig abgeschlossen.

Die Erweiterung um den stellvertretenden Eichstellenleiter, Hr. Franz Hörting, wurde vorgenommen.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang, sowie das Personal der Eichstelle, ist aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2025-0.695.442

Ermächtigung der Eichstelle BPE Prüf- & Eichtechnik GmbH, EStNr.: 560

Eichstelle:

Eichstelle: BPE Prüf- & Eichtechnik GmbH, EStNr.: 560
Adresse: Salzburger Straße 138, 5280 Braunau am Inn
Eichstellenleiter: Alexandra Rögl
Messgeräte: Betriebsstoffmessenanlagen (Mineralöle und gleichwertige Flüssigkeiten, verflüssigten Harnstoff und Scheibenreinigungsflüssigkeiten), Mopedbetankungsgeräte, Reifendruckmessgeräte

Ermächtigungsumfang:

Die Überprüfung nach §10 Abs 5 der Eichstellenverordnung BGBl. II Nr. 93/2004 i.d.g.F. der Eichstelle BPE Prüf- & Eichtechnik GmbH (Wiederermächtigung) wurde bescheidmäßig abgeschlossen.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang, sowie das Personal der Eichstelle, ist aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2025-0.706.471

Ermächtigung der Eichstelle Alpitronic Austria GmbH, EStNr.: 592

Eichstelle:

Eichstelle: Alpitronic Austria GmbH, EStNr.: 592
Adresse: Unterer Platz 11, 9300 St. Veit an der Glan
Eichstellenleiter: Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Sebastian Mathar
Messgeräte: Ladetarifgeräte

Ermächtigungsumfang:

Die Alpitronic Austria GmbH wurde gemäß §10 Abs. 1-3 der Eichstellenverordnung BGBl. II Nr. 93/2004 i.d.g.F. als Eichstelle für Ladetarifgeräte ermächtigt.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang, sowie das Personal der Eichstelle ist aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

ZI. 2025-0.993.384

Ermächtigung der Eichstelle
Bilfinger Industrial Services GmbH, EStNr.: 538

Eichstelle:

Eichstelle: Bilfinger Industrial Services GmbH, EStNr.: 538
Adresse: St. Peter-Straße 25, 4020 Linz
Eichstellenleiter: Ing. Daniel Brunner
Messgeräte: Waagen

Ermächtigungsumfang:

Die Erweiterung der Ermächtigung der Eichstelle um den Zeichnungsberechtigten Herrn Roman Kerschbaumair für NSW II-III, sowie die Erweiterung des Zeichnungsberechtigten, Herrn Rene Quint für SWE und SMW nach MID wurden vorgenommen.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang der Eichstelle ist aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

ZI. 2025-1.065.713

Ermächtigung der Eichstelle
SMATRICS GmbH & Co KG, EStNr.: 590

Eichstelle:

Eichstelle: SMATRICS GmbH & Co KG, EStNr.: 590
Adresse: Europaplatz 2 / Stiege 4 / 4.OG, 1150 Wien
Eichstellenleiter: DI Gernot Schimmel
Messgeräte: Ladetarifgeräte

Ermächtigungsumfang:

Die Kommunikation bei statistischer Ersteichung wurde festgelegt.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang der Eichstelle ist aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

ZI. 2026-0.066.132

Ermächtigung der Eichstelle
Netz Oberösterreich GmbH, EStNr.: 575

Eichstelle:

Eichstelle: Netz Oberösterreich GmbH, EStNr.: 575
Adresse: Energiestraße 1, 4020 Linz
Eichstellenleiter: Ing. Franz Lehner, MBA, MSc
Messgeräte: Zustands-Mengenumwerter

Ermächtigungsumfang:

Die Erweiterung der Ermächtigung der Eichstelle um den Zeichnungsberechtigten Herrn Mustafa Güneruz wurde vorgenommen.

Herr Andreas Prinz scheidet als Zeichnungsberechtigter und stellvertretender Leiter der Eichstelle aus.

Der bestehende Zeichnungsberechtigte, Herr Gerald Kofler übernimmt die stellvertretende Leitung der Eichstelle.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang sowie das Personal der Eichstelle ist aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

ZI. 2026-0.087.649

Ermächtigung der Eichstelle Seibersdorf Labor GmbH, EStNr.: 554

Eichstelle:

Eichstelle: Seibersdorf Labor GmbH, EStNr.: 554
Adresse: Forschungszentrum, 2444 Seibersdorf
Eichstellenleiter: Dipl.-Ing. Dr. Christian Hranitzky, MAS
Messgeräte: Dosimeter

Ermächtigungsumfang:

Die Erweiterung der Ermächtigung des Zeichnungsberechtigten Herrn DI David Sorger, BSc, um Therapiedosimeter, Diagnostikdosimeter, Dosimeter zur Konstanzprüfung und Dosimeter zur Abnahmeprüfung wurde vorgenommen.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang, sowie das Personal der Eichstelle ist aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

ZI.2026-0.098.316

Ermächtigung der Eichstelle HEAT Holding International GmbH, EStNr.: 528

Eichstelle:

Eichstelle: HEAT Holding International GmbH, EStNr.: 528
Adresse: Siegfried Marcus-Straße 9, 2362 Biedermannsdorf
Eichstellenleiter: Tibor Kiss
Messgeräte: Gaszähler

Ermächtigungsumfang:

Der Name und die Adresse der Eichstelle 528, HEAT gas technologies GmbH, IZ NÖ Süd, Straße 7, Objekt 58C, Stiege 5, 1. OG, Top 9, 2355 Wiener Neudorf, wurden auf HEAT Holding International GmbH, Siegfried Marcus-Straße 9, 2362 Biedermannsdorf geändert.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang und das Personal der Eichstelle ist aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

ZI. 2026-0.121.576

Ermächtigung der Eichstelle Bilfinger Industrial Services GmbH, EStNr.: 538

Eichstelle:

Eichstelle: Bilfinger Industrial Services GmbH, EStNr.: 538
Adresse: St. Peter-Straße 25, 4020779 Linz
Eichstellenleiter: Ing. Daniel Brunner
Messgeräte: Waagen

Ermächtigungsumfang:

Die Erweiterung der Ermächtigung der Eichstelle um den Zeichnungsberechtigten Herrn Stefan Karrer-Spirk für NSW II-III sowie die Erweiterung des Zeichnungsberechtigten, Herrn Maximilian Czizek für die:

- nationalen Bereiche: SWA, SSW/SKW und SWW
- MID Bereiche: MID SWA, MID SMW und MID SWT

wurden vorgenommen.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang der Eichstelle ist aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2026-0.191.846

Ermächtigung der Eichstelle

Eichstelle Pesendorfer, EStNr.: 553

Eichstelle:

Eichstelle: Eichstelle Pesendorfer, EStNr.: 553
Adresse: Schlaming 55, 5450 Pfarrwerfen
Eichstellenleiter: Günther Biechl
Messgeräte: Messanlagen und Messanlagen an Tankwagen für Flüssigkeiten außer Wasser (Lebensmittel; Alkohole; verflüssigten Harnstoff, Ammoniak, Salpetersäure; kryogene Flüssigkeiten und flüssiges Kohlendioxid, sowie Flüssiggas und verflüssigtes Erdgas)

Ermächtigungsumfang:

Der Name und die Adresse der Eichstelle 553, Helmut Pesendorfer, Linzerstrasse 8, 4800 Attnang, wurden auf Eichstelle Pesendorfer, Schlaming 55, 5450 Pfarrwerfen geändert.

Herr Günther Biechl übernimmt die Leitung der Eichstelle, Herr Helmut Pesendorfer die stellvertretende Leitung.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang und das Personal der Eichstelle ist aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2022-0.597.501

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

**Messeinrichtung zur Bestimmung der Feuchte von Getreide
der Bauart Granomat plus**

Antragsteller und Hersteller

Pfeuffer GmbH
Flugplatzstraße 70
97318 Kitzingen
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

OE 26
y 010

Kurzbeschreibung

Die Bauart „Granomat plus“ der Firma Pfeuffer GmbH ist ein Messgerät zur Bestimmung des Feuchtegehaltes von ganzen, ungeschroteten Körnern von Getreide.

Zl. 2024-0.255.700

Zulassung zur Eichung

Messgerät

Messanlagen zur Ermittlung wertbestimmender Merkmale von Rundholz der Bauart SPRESCAN 3D-L SA2

Antragsteller und Hersteller

Sprecher Automation GmbH
Franckstraße 51
4020 Linz

Zulassungsbezeichnung

OE 26
J 010

Kurzbeschreibung

Messanlagen zur Ermittlung wertbestimmender Merkmale von Rundholz der Gattung J25. Die Bauart entspricht im Allgemeinen der Bauart SPRESCAN 3D-L (GZ 2778/2014 Rev 3) in der Ausführung mit Ethernetkameras, jedoch ist der Messförderer unterbrochen und im Bereich des Splittersuchgeräts als metallfreies Förderband ausgeführt.

Softwareidentifikation: 3550821157

Höchstzulässiger Längenmessbereich: 1 m bis 25 m

Höchstzulässiger Durchmesserbereich: 5 cm bis 120 cm

Höchstzulässiger Bereich für die Geschwindigkeit des Messförderers: 10 m/min bis 240 m/min

Zl. 2025-0.284.632

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Revision 1 der Zulassung Zl. 2024-0.725.187

Verkehrsgeschwindigkeitsmessgeräte der Bauart LYNX ERS400 mit geänderter Visiereinrichtung

Antragsteller und Hersteller

Yunex Traffic Austria GmbH
YU AT DPO
Siemensstraße 90
1210 Wien

Zulassungsbezeichnung

OE 02
v 020

Kurzbeschreibung

Verkehrsgeschwindigkeitsmessgerät nach dem Dopplerradarprinzip mit digitalem Fototeil. Das Messgerät kann in fixen Kabinen oder auf einem seitlich der Fahrbahn aufgestellten Mast betrieben werden, an Wechselverkehrszeichen angebunden werden und mit zusätzlichen Kameras für die LenkerInnen-Identifizierung ausgestattet werden. Im automatischen Betrieb können durch die Verwendung der dynamischen Zweitfotoverzögerung beide Verkehrsrichtungen gemessen werden.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

Änderung von Hardwarekomponenten ohne Auswirkung auf die Funktionalität des Verkehrsgeschwindigkeitsmessgeräts. Option auf eine alternative Visiereinrichtung.

Optionale Verwendung eines Lizenzdongles zur Kennzeichenerkennung.

Zl. BEV-2025-0.446.172

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Kältezähler und Kombinierte Kälte-/Wärmezähler der Bauarten ULTRAFLOW® 85 und MULTICAL® 603 SU

Antragsteller und Hersteller

Kamstrup A/S
Industrivej 28
8660 Skanderborg
DÄNEMARK

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassungen zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführten Bauartzulassungen Sikkerhedsstyrelsen (Dänemark). Diese Bauartzulassungen gelten damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Bauart	Zulassungsbezeichnung	Bescheinigungsnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Kältezähler und Kombinierte Kälte-/Wärmezähler Typ ULTRAFLOW® 85	Innerstaatliche dänische Bauartzulassung	TS 27.02 019	24.09.2025	22.05.2026
Kältezähler und Kombinierte Kälte-/Wärmezähler Typ MULTICAL® 603 SU	Innerstaatliche dänische Bauartzulassung	TS 27.02 018	18.07.2024	18.07.2026

Tabelle 1

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der genannten Bauarten erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Dokument mit der angegebenen Geschäftszahl von Sikkerhedsstyrelsen (Dänemark).

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
GOD-10-010789	18.03.2020	-

Tabelle 2

Die Kennzeichnung der Ersteichung wird als Klebeetikette ausgeführt und erfolgt gemäß folgendem Muster:
Muster für den Hauptstempel:



Stempelzeichen des beauftragen Laboratoriums 268:



Die Jahreszahl wird zweistellig angebracht.

Der Hauptstempel entspricht in Österreich dem Eichstempel und besteht aus dem Stempelzeichen des beauftragen Laboratoriums und der Jahreszahl.

Sicherungsstempel:



Kamstrup Plombieretikette

Zl. BEV-2025-0.523.888

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 11 und 12

Kältezähler der Bauarten S3

Antragsteller und Hersteller

Engelmann Sensor GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 24-28
69168 Wiesloch-Baiertal
Germany

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführten Baumusterprüfbescheinigungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), Deutschland. Diese Baumusterprüfbescheinigungen gelten damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Bauart	Zulassungsbezeichnung	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Kältezähler	S3	DE-16-M-PTB-0097 Rev. 11	18.06.2025	17.10.2026
Kältezähler	S3	DE-16-M-PTB-0097 Rev. 12	05.01.2026	17.10.2026

Tabelle 1

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der genannten Bauart erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Zertifikat der Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Deutschland.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-M-AQ-PTB015 Rev.4	05.02.2025	04.02.2028

Tabelle 2

Die Kennzeichnung der Ersteichung wird als Klebeetikette ausgeführt und erfolgt gemäß folgendem Muster:
Die an den Messgeräten im Rahmen der Konformitätsfeststellung angebrachten Konformitätskennzeichnungen werden wie folgt festgelegt:



mit der Zeichenfolge „DE-M“, die von einem Rechteck mit einer Höhe von mindestens 5 Millimetern eingerahmt ist, nachfolgend mit den beiden letzten Ziffern der Jahreszahl des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde und mit der Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle, die in der Fertigungsphase beteiligt war. Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

- Erweiterte Firmware
- zusätzliche Messrohre
- geänderte Schutzart
- geänderte Kalibrier- und Justierverfahren
- Zusätzliche Durchflusssensoren
- zusätzliche Elektronikbaugruppe
- weitere Firmware produktionsinterner Prüfung mit Verschlüsselung
- Pt500-Temperaturfühler-Ergänzung

Zl. 2025-0.566.270

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauart Dispenser 400

Antragsteller und Hersteller

ELMI Power GmbH
Marie-Curie-Straße 2
61194 Niddatal, Hessen
Deutschland

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung von NMi Certin B.V. Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DSP-400-DE-25	T12906-DE, Ausgabe 0	16.12.2024	16.12.2034

Tabelle 1

Für Ladeeinrichtungen der oben genannten Bauart sind fest angeschlagene Ladekabel mit Vierleitermessung, welche in der in Tabelle 1 angeführten Baumusterprüfbescheinigung von NMi Certin B.V. genannt werden, zur Verwendung zugelassen.

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der in Tabelle 1 genannten Bauart erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Zertifikat von NMi Certin B.V.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-042	26.05.2025	26.05.2028

Tabelle 2

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster:

DE-M 25 0122

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Zl. 2025-0.601.112

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauarten DCW10 & DCW

Antragsteller und Hersteller

KEBA eMobility DC GmbH
Reindlstraße 51
4040 Linz

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der NMi Certin B.V.

Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DCW10 KEBA eMobility DC GmbH DCW Enercharge GmbH	T12823-DE Ausgabe 1	13.05.2025	13.05.2035

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigung

Anerkannt werden Ladeeinrichtungen für DC mit einem Ladepunkt bis max. 40 kW Leistung mit den laut Baumusterprüfbescheinigung zulässigen Ladekabeln und Kompensationen.

Produkt (Typenschlüssel) KC-DCW10-ABCD-EFGH

Bsp./Ex.: KC-DCW10-2111-1100

- A Leistung: 1=22,5kW, 2=40kW
- B Ladepunkte: 1=Single, 2=Dual
- C Ladeleitung: 1=CCS2/150A/4m
- D Zählung: 1=Deutsches Eichrecht
- E Bezahlung: 1=EU/Six RFID/NFC, 2=DE/Payone RFID/NFC, 3=AT/Payone RFID/NFC, 4=RFID/NFC Backendbetrieb
- F Montageart: 1=Standfuß, 2=Wandhalterung
- G Zukünftige Optionen: 0=ohne
- H Customizing: 0=ohne

Produkt (Typenschlüssel) DCW Wallbox-xAxBxNx DxExFxG-xHxI-xJxKxLxMxN

Bsp./Ex.: DCW Wallbox-1BA401AB-1540-111000

- xA Lademodus: 1=Single
- xB AC/DC-Leistungseinheiten: 0=PU, A=1 Stück, B=2 Stück
- xC AC/DC-Leistungseinheiten Typ: A=20kW, B=40kW
- xD Ladeleistung der AC/DC-Leistungseinheiten: 20=20kW, 40=40kW
- xE Funktionalität AC/DC-Leistungseinheiten: 1=Unidirektional
- xF Ladestandard: A=CCS
- xG Bezahlung: A=NFC, B=All in One (NFC, PIN-Pad, Kartenleser)
- xH Max. Strom Ladekabel: 15=150A
- xD Länge Ladekabel: 40=4.0Meter
- xJ Montageart: 0=ohne, 1=Standfuß, 2=Wandhalterung
- xK Energiezähler: 1=mit geeichtem Energiezähler
- xL Deutsches Eichrecht: 1=mit Deutsches Eichrecht
- xM Modem: 0=Standard Modem, 1=Erweitertes Modem M2M
- xN Barrierefreiheit: 0=ohne, 1=mit Barrierefreiheit
- xO Art der Service-Verbindung: 0=ohne Service-Tunnel, 1=mit Service-Tunnel, 2=mit Service-Tunnel und SIM-Karte (5 GB), 3= mit Service-Tunnel und SIM-Karte (15 GB)

Tabelle 2: Typenschlüssel

Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der genannten Bauarten erfolgt für die Modul F Konformitätsbewertung, durchgeführt von der folgenden anerkannten Konformitätsbewertungsstelle: NMI Certin B.V. (Kennnummer: 0122)

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M 25 0122

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Zl. 2025-0.723.888

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen
Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen
für Elektrofahrzeuge der Bauart Maxicharger (XY07/11/22 serie)

Antragsteller

Autel Netherlands B.V.
Laan van Waalhaven 217
2497 GL THE HAGUE
NETHERLANDS

Hersteller

Autel Digital Power Co., Ltd.
Floors 1, 2, 3 and 6 Caihong Keji Building
36 Hi-tech North Six Road
Songpingshan Community, Xili Sub-district, Nanshan District, Shenzhen City
518000, Guangdong, China

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der NMi Certin B.V.
Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Maxicharger (XY07/11/22 serie)	T13049-DE Ausgabe 0	08.08.2025	08.08.2035

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigung

Anerkannt werden Ladeeinrichtungen für AC mit einem Ladepunkt bis max. 22 kW Leistung mit den laut Baumusterprüfbescheinigung zulässigen Ladekabeln bis maximal 7,5 m Länge mit Kompensation des Leitungswiderstands oder mit Typ 2 Ladebuchse.

Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der in genannten Bauart erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der NMi Certin B.V.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-027	23.01.2024	23.01.2027

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

M25 0122

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Zl. BEV-2025-0.765.708

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 1

Kompakt-Wärmezähler (Kältezähler) der Bauart Supercal 739

Antragsteller und Hersteller

Sontex Deutschland GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11
63322 Rödermark
DEUTSCHLAND

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführten innerstaatliche deutsche Baumusterprüfbescheinigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Diese innerstaatliche deutsche Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Bauart	Zulassungsbezeichnung	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Kompakt-Wärmezähler (Kältezähler) der Bauart Supercal 739	innerstaatliche deutsche Baumusterprüfbescheinigung	DE-16-M-PTB-0083, Revision 3	23.09.2025	04.10.2026

Tabelle 1

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der in Z 2 genannten Bauarten erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte innerstaatliche deutsche Modul D der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-M-AQ-PTB130, Revision 5	15.07.2025	14.07.2028

Tabelle 2

Die Kennzeichnung der Ersteichung wird auf dem Messgerät aufgebracht und erfolgt gemäß folgendem Muster:

DE-MXX 0102

mit der Zeichenfolge „DE-M“, die von einem Rechteck mit einer Höhe von mindestens 5 Millimetern eingerahmt ist, nachfolgend mit den beiden letzten Ziffern der Jahreszahl des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde und mit der Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle, die in der Fertigungsphase beteiligt war. Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die möglichen Typenschilder der innerstaatlichen deutschen Baumusterprüfbescheinigung sind gemäß Zertifizierungsdokumentensatz anzubringen.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

- Revision 3 der Baumusterprüfbescheinigung – DE-16-M-PTB-0083 beinhaltet Firmwareänderungen
- Revision 5 der innerstaatlich deutschen Modul D Anerkennung – DE-M-AQ-PTB130 beinhaltet die verlängerte Reanerkennung um 3 Jahre, sowie, eine Erweiterung des Geltungsbereichs mit dem Produktionsort JUMO mit der Messgeräteart TG: TG für Kältezähler (Durchflusssensor, Rechenwerk, Temperaturfühlerpaar und deren Kombinationen) der vormaligen Revision 4.

Zl. BEV-2025-0.765.832

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 1

Kompakt-Wärmezähler (Kältezähler) der Bauarten Supercal 749 und 789

Antragsteller und Hersteller

Sontex Deutschland GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11
63322 Rödermark
DEUTSCHLAND

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführten innerstaatliche deutsche Baumusterprüfbescheinigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Diese innerstaatliche deutsche Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Bauart	Zulassungsbezeichnung	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Kompakt-Wärmezähler (Kältezähler) der Bauart Supercal 749 und 789	innerstaatliche deutsche Baumusterprüfbescheinigung	DE-16-M-PTB-0084, Revision 3	23.09.2025	26.09.2026

Tabelle 1

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der in Z 2 genannten Bauarten erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte innerstaatliche deutsche Modul D der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-M-AQ-PTB130, Revision 5	15.07.2025	14.07.2028

Tabelle 2

Die Kennzeichnung der Ersteichung wird auf dem Messgerät aufgebracht und erfolgt gemäß folgendem Muster:

DE-MXX 0102

mit der Zeichenfolge „DE-M“, die von einem Rechteck mit einer Höhe von mindestens 5 Millimetern eingerahmt ist, nachfolgend mit den beiden letzten Ziffern der Jahreszahl des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde und mit der Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle, die in der Fertigungsphase beteiligt war. Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die möglichen Typenschilder der innerstaatlichen deutschen Baumusterprüfbescheinigung sind gemäß Zertifizierungsdokumentensatz anzubringen.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

- Revision 3 der Baumusterprüfbescheinigung – DE-16-M-PTB-0084 beinhaltet Firmwareänderungen.
- Revision 5 der innerstaatlich deutschen Modul D Anerkennung – DE-M-AQ-PTB130 beinhaltet Erweiterung des Geltungsbereichs mit dem Produktionsort JUMO mit der Messgeräteart TG: TG für Kältezähler (Durchflusssensor, Rechenwerk, Temperaturfühlerpaar und deren Kombinationen) sowie Reanerkennung, Verlängerung der Gültigkeit um 3 Jahre.

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen
Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen
für Elektrofahrzeuge der Bauart CP6000

Antragsteller und Hersteller

ChargePoint Network (Netherlands) B.V.
 Hoogoorddreef 56E
 1101BE Amsterdam
 Niederlande

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung von CSA Group Bayern GmbH. Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
CP6000	DE CSA 23 B 009 M, Revision 4	09.10.2024	19.04.2033

Tabelle 1

Für die in Tabelle 1 genannte Bauart sind die in Tabelle 2 und Tabelle 3 angeführten Bauformen zur Eichung zugelassen.

Bauformen mit **einem** Ladepunkt: / *Designs with **one** charging point:*

Ladeeinrichtung Charging device	Beschreibung / Description	Bauform Design	Revision Revision
CP6310B-32A-L5.5-MTR	1x angeschlagenes Ladekabel mit Typ 2 Stecker; Länge: 5,5 m <i>1x attached charging cable with type 2 plug; length: 5.5 m</i>	AC-Lade- säule für Stand- oder Wand- montage	4
CP6310B-32A-L7-MTR	1x angeschlagenes Ladekabel mit Typ 2 Stecker; Länge: 7 m <i>1x attached charging cable with type 2 plug; length: 7 m</i>		4
CP6110B-32A-MTR	1x Ladebuchse Typ 2 (ohne Shutter) <i>1x Charging socket type 2 (without Shutter)</i>	AC charg- ing station for stand or wall mounting	4

Tabelle 2

Bauformen mit **zwei** Ladepunkten: / *Types with **two** charging points:*

Ladeeinrichtung Charging device	Beschreibung / Description	Bauform Design	Revision Revision
CP6320B-32A-L5.5-MTR	2x angeschlagenes Ladekabel mit Typ 2 Stecker; Länge: 5,5 m 2x attached charging cable with type 2 plug; length: 5.5 m	AC-Lade- säule für Stand-	4
CP6320B-32A-L5.5-MTR-ST			4
CP6320B-32A-L7-MTR	2x angeschlagenes Ladekabel mit Typ 2 Stecker; Länge: 7 m 2x attached charging cable with type 2 plug; length: 7 m		4
CP6320B-32A-L7-MTR-ST			4

CP6120B-32A-MTR	2x Ladebuchse Typ 2 (ohne Shutter) 2x Charging socket type 2 (without Shutter)	über Wand- montage AC charg- ing station for stand or wall mounting	4
CP6120B-32A-MTR-ST			4
CP6220B-32A-L5.5-MTR	1x angeschlagenes Ladekabel mit Typ 2 Stecker; Länge: 5,5 m 1x Ladebuchse Typ 2 (ohne Shutter) 1x attached charging cable with type 2 plug; length: 5.5 m 1x Charging socket type 2 (without Shutter)		4
CP6220B-32A-L7-MTR	1x angeschlagenes Ladekabel mit Typ 2 Stecker; Länge: 7 m 1x Ladebuchse Typ 2 (ohne Shutter) 1x attached charging cable with type 2 plug; length: 7 m 1x Charging socket type 2 (without Shutter)		4
CP6320B-32A-L10-MTR	2x angeschlagenes Ladekabel mit Typ 2 Stecker; Länge: 10 m 2x attached charging cable with type 2 plug; length: 10 m		4

Tabelle 3

Für Ladeeinrichtungen der oben genannten Bauart sind entweder Typ2 Ladebuchsen oder fest angeschlagene Typ2 Ladekabel mit denselben Eigenschaften und der jeweils passenden Kompensation der Verluste der Leitungswiderstände, welche in der in Tabelle 1 angeführten Baumusterprüfbescheinigung von CSA Group Bayern GmbH beschrieben werden, zur Verwendung zugelassen.

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der in Tabelle 1 genannten Bauart erfolgt für das in Tabelle 4 angeführte Zertifikat von CSA Group Bayern GmbH.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE CSA 25 D 003	11.04.2025	10.04.2028

Tabelle 4

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M 25 1948

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Zl. 2025-0.831.810

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

**Tankautomat der Bauart Heconomy als Zusatzeinrichtung
zum Anschluss an Betriebsstoffmessanlagen
Revision 6 von Zulassung Zl. 4221/2011**

Antragsteller und Hersteller

Hectronic GmbH
Allmendstraße 15
D-79848 Bonndorf
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

OE 11
R 060

Kurzbeschreibung

Tankautomat der Bauart Heconomy als Zusatzeinrichtung für Betriebsstoffmessanlagen für den Einsatz an unbemannten Tankstellen.

Grund der Änderung

Alternatives CPU-Board Nachfolgemodell mit geänderter Stempelung; ergänzende Software-Version für den Interfaceboard Typ Hectronic Forecourt-Interface.

Zl. BEV-2025-0.850.400

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 3
Vollständiger Kältezähler
der Bauarten T550 (UH50)

Antragsteller und Hersteller

Landis + Gyr GmbH
Humboldtstraße 64
90459 Nürnberg
Deutschland

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte innerstaatliche deutsche Baumusterprüfbescheinigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Diese innerstaatliche deutsche Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Bauart	Zulassungsbezeichnung	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Vollständiger Kältezähler Typ T550 (UH50)	Innerstaatliche deutsche Baumusterprüfbescheinigung	DE-15-M-PTB-0034, Revision 6	27.07.2025	27.07.2035

Tabelle 1

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der in Z 2 genannten Bauart erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Zertifikat der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-M-AQ-PTB006	30.10.2024	29.10.2027

Tabelle 2

Die Kennzeichnung der Ersteichung wird als Klebeetikette ausgeführt und erfolgt gemäß folgendem Muster:
Abbildung und Beschreibung

DE-MXX 0102

mit der Zeichenfolge „DE-M“, die von einem Rechteck mit einer Höhe von mindestens 5 Millimetern eingerahmt ist, nachfolgend mit den beiden letzten Ziffern der Jahreszahl des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht

wurde und mit der Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle, die in der Fertigungsphase beteiligt war. Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die möglichen Typenschilder der innerstaatlichen deutschen Baumusterprüfbescheinigung sind gemäß Zertifizierungsdokumentensatz anzubringen.

Wesentliche Änderungen in Revision 3

Geänderte Volumenmessteile q_p 2,53/h 130 mm; Druckstufe PN25 beim 6 m³/h 260 mm und 10 m³/h 300 mm;
NB IoT Modul

Rezertifizierung, geänderte Firmware, geänderte Bestückungsvarianten

Zl. BEV-2025-0.855.002

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Fernanzeigeeinrichtungen der Bauart „Euroshop“ und „Euroshop Self-Checkout“ sowie Tankautomaten der Bauarten „OPT Unicode“ „OPT Card Manager“ und „OPT Wet & Dry“ als Zusatzeinrichtungen für Betriebsstoffmessenanlagen (15. Revision der Zulassung Zl. 4222/2006)

Antragsteller und Hersteller

UNICODE SYSTEMS, spol. s.r.o.
Průmyslová zóna 161
674 01 Třebíč
Tschechische Republik

Zulassungsbezeichnungen

OE 06	Für Fernanzeigeeinrichtungen der Bauart „Euroshop“ und Tankautomaten der Bauarten „OPT Unicode“ bzw. „OPT Card Manager“
R 240	
OE 06	Für Tankautomaten der Bauart „OPT Wet & Dry“
R 241	
OE 06	Für die Bauart „Euroshop Self-Checkout“
R 242	

Grund der Revision

Alternatives Betriebssystem Windows 11

Zl. 2025-0.862.978

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 2 der Anerkennung Zl. 2023-0.850.644

Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauart SMART T PNC

Antragsteller und Hersteller

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
Deutschland

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassungen zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der Physikalisch Technischen Bundesanstalt. Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-23-M-PTB-0014	18.09.2023	17.09.2033
DE-23-M-PTB-0014, Revision 1	09.12.2024	17.09.2033

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigung

Die Anerkennung gilt für folgende Bauarten:

SMART T PNC 22* 316630 xxxx- xxx .xxxxx
SMART T PNC 22* 316634 xxxx- xxx .xxxxx
SMART T PNC 22* 316635 xxxx- xxx .xxxxx
SMART T PNC NFC 22* 316690 xxxx- xxx .xxxxx
SMART T PNC NFC 22* 316694 xxxx- xxx .xxxxx
SMART T PNC NFC 22* 316695 xxxx- xxx .xxxxx

Formbezeichnungssystem:

SMART T PNC	22	*	316630	xxxx	xxx	xxxxx
max. Ladeleistung in kW pro Ladepunkt						
* ≙ Kennzeichnung im Werk ** ≙ Kennzeichnung im Feld						
Artikelnummer						
Farbgebung und/oder Parametrierung						
Parametrierung (wenn nicht durch zuvor genannte Platzhalter "MA" schon beschrieben)						
Seriennummer						

Anerkannt wird diese Ladeeinrichtung mit 22 kW Ladeleistung und Typ2 Ladebuchsen.

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der genannten Bauarten erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
VDE-40049177 Revision 4	23.11.2021	22.11.2024

VDE-40049177 Revision 5	21.11.2024	22.11.2027
VDE-40049177 Revision 6	02.10.2025	22.11.2027

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:



Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Wesentliche Änderungen in Revision 2

Die Änderung in dieser Revision betrifft das Modul-D-Zertifikat VDE-40049177, Revision 6.

Zl. 2025-0.863.033

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 2 der Anerkennung Zl. 2024-0.437.437

**Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen
für Elektrofahrzeuge der Bauart AMTRON Professional Twincharge**

Antragsteller und Hersteller

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 KIRCHHUNDEM
Deutschland **Wien**

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
AMTRON Professional TCX 22 AMTRON Professional+ TCX 22	DE-24-M-PTB-0041	30.05.2024	29.05.2034
AMTRON Professional TCX 22 AMTRON Professional+ TCX 22	DE-24-M-PTB-0041, Revision 1	16.09.2025	29.05.2034

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigung

In der Nomenklatur steht das „+“ für die Unterscheidung mit Modem.

Anerkannt werden Ladeeinrichtungen der Bauart AMTRON Professional Twincharge mit zwei Ladeanschlüssen mit max. 22 kW Ladeleistung und pro AC-Ladeanschluss einer Typ2 Ladebuchse oder einem angeschlagenen Typ2 Ladekabel mit max. 7,5 m Länge wie in der Baumusterprüfbescheinigung beschrieben.

Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der genannten Bauart erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
VDE-40049177 Revision 4	23.11.2021	22.11.2024
VDE-40049177 Revision 5	21.11.2024	22.11.2027
VDE-40049177 Revision 6	02.10.2025	22.11.2027

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M 24 0366

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Wesentliche Änderungen in Revision 2

Die Änderung in dieser Revision betrifft das Modul D-Zertifikat VDE-40049177 Revision 6 und die Baumusterprüfbescheinigung DE-24-M-PTB-0041, Revision 1.

Zl. 2025-0.863.154

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 3 der Anerkennung Zl. 2022-0.084.781

Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie zum Betrieb von Elektrofahrzeugen der Bauarten Amtron Professional*, Amtron Professional+*, Amtron Professional, Amtron Professional+****

Antragsteller und Hersteller

Menekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Menekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
Deutschland

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Amtron Professional*,	DE-20-M-PTB-0021	17.08.2020	16.08.2022
Amtron Professional+*,	DE-20-M-PTB-0021 Revision 1	31.08.2022	16.08.2025
Amtron Professional**,	DE-20-M-PTB-0021 Revision 2	17.04.2023	16.08.2025
Amtron Professional+**	DE-20-M-PTB-0021 Revision 3	29.01.2025	16.08.2030

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigung

Die Anerkennung gilt für die folgenden Bauarten:


Amtron Professional*	ohne Modem, werkseitig eichrechtskonform
Amtron Professional+*	mit Modem, werkseitig eichrechtskonform
Amtron Professional**	ohne Modem, eichrechtskonform nachgerüstet
Amtron Professional+**	mit Modem, eichrechtskonform nachgerüstet

mit 22 kW Ladeleistung in Ausführungen mit angeschlagenem Ladekabel mit 7,5m Länge oder Typ2 Ladebuchse. Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der genannten Bauarten erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
VDE-40049177 Revision 4	23.11.2021	22.11.2024
VDE-40049177 Revision 5	21.11.2024	22.11.2027
VDE-40049177 Revision 6	02.10.2025	22.11.2027

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster des Hauptstempels:



Die Jahreszahl wird zweistellig angebracht. Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht dem österreichischen Eichstempel für die erstmalige Eichung und besteht aus der Zeichenfolge „DE-M“, den beiden letzten Ziffern der Jahreszahl und der Kennnummer „0366“.

Die erforderlichen Aufschriften am Messgerät und Typenschild müssen in deutscher Sprache vorhanden sein.

Wesentliche Änderungen in Revision 3

Die Änderung in dieser Revision betrifft das Modul D-Zertifikat VDE-40049177 Revision 6.

Zl. 2025-0.863.223

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 1 der Anerkennung Zl. 2025-0.015.038

Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen
für Elektrofahrzeuge der Bauart Amtron 4Business

Antragsteller und Hersteller

Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
Deutschland

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Amtron 4Business	DE-M-PTB-0078, Revision 1	02.04.2025	10.11.2034
Amtron 4Business	DE-M-PTB-0078, Revision 2	07.07.2025	10.11.2034

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigung

Anerkannt werden Ladeeinrichtungen für AC mit 1 Ladepunkt bis max. 22 kW mit einem, wie in der Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen, Ladekabel oder einer Ladesteckdose.

Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der genannten Bauart erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
VDE-40049177 Revision 5	21.11.2024	22.11.2027
VDE-40049177 Revision 6	02.10.2025	22.11.2027

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster des Hauptstempels:

DE-M 24 0366

Die Jahreszahl wird zweistellig angebracht. Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die erstmalige Eichung und besteht aus der Zeichenfolge „DE-M“, den beiden letzten Ziffern der Jahreszahl und der Kennnummer „0366“. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen.

Die erforderlichen Aufschriften am Messgerät und Typenschild müssen in deutscher Sprache vorhanden sein.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

Die Änderung in dieser Revision betrifft das Modul D-Zertifikat VDE-40049177 Revision 6 und die Baumusterprüfbescheinigung DE-M-PTB-0078, Revision 2.

Zl. 2025-0.863.268

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 2 der Anerkennung Zl. 2022-0.085.899

**Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie zum Betrieb von Elektrofahrzeugen der Bauarten
AMEDIO Professional*, AMEDIO Professional+*, AMEDIO Professional**, AMEDIO Professional+**,
AMEDIO Professional T2, AMEDIO Professional+ T2, AMEDIO Professional C2, AMEDIO Professional+ C2,
AMEDIO Professional - Serie, AMEDIO Professional+ - Serie**

Antragsteller und Hersteller

Menekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Menekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
Deutschland

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassungen zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführten Baumusterprüfbescheinigungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH. Diese Baumusterprüfbescheinigungen gelten damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
AMEDIO Professional* AMEDIO Professional+* AMEDIO Professional** AMEDIO Professional+**	DE-19-M-PTB-0043 Revision 1	25.01.2022	14.01.2030
AMEDIO Professional T2 AMEDIO Professional+ T2 AMEDIO Professional C2 AMEDIO Professional+ C2	VDE40059971	23.06.2025	26.06.2035
AMEDIO Professional - Serie AMEDIO Professional+ - Serie	VDE40059971 Rev. 1	23.01.2026	26.06.2035

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigungen

Bei Varianten mit Modem wird die Kurzbezeichnung um ein „+“ ergänzt, zu „AMEDIO Professional+“

AMEDIO Professional*	ohne Modem, werkseitig eichrechtskonform
AMEDIO Professional+*	mit Modem, werkseitig eichrechtskonform
AMEDIO Professional**	ohne Modem, eichrechtskonform nachgerüstet
AMEDIO Professional+**	mit Modem, eichrechtskonform nachgerüstet

Die Anerkennung gilt für Ladeeinrichtungen mit 22 kW Ladeleistung in Ausführungen mit zwei Typ2 Ladebuchsen (T2) oder zwei Typ2 spiralisierten Ladeleitungen (C2) mit maximal 8 m Länge und Kompensation wie in der Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.


Typenbezeichnung	Typenschlüssel / Artikelnummer
AMEDIO Professional - Serie AMEDIO Professional+ - Serie	[a][b][c][d][e][f][g][h][i][j][kk]-[III].#####
a	Konfigurationsmöglichkeit („-“ - konfigurierbar; „1“ - nicht konfigurierbar)
b	Produktlinie („4“ - AMEDIO)
c	Bauform („0“ - Standmontage)
d	Ausstattung („6“ - Professional, ohne Modem; „8“ - Professional+, mit Modem)
f	Funktion („1“ - mit Eichrecht; „3“ - mit Eichrecht, mit ISO 15118)
g	Leistung („2“ - 22 kW)
h	Steckvorrichtung („2“ - Ladekabel Typ 2; „4“ - Klappdeckeldose Typ 2; „5“ - Schwenklappdeckeldose Typ 2; „6“ - Shutter-Ladedose Typ 2)
i	Blitz- / Überspannungsschutz („0“ – ohne; „1“ - Überspannungsschutz Typ 2; „2“ - Blitz- und Überspannungsschutz Typ 1/2)
j	Schutzorgane („2“ - RCD Typ A + DC 6 mA – LS; „4“ - RCD Typ B + LS)
kk	Gestaltung („-“ - Standardfarbe; „XX“ - Farbcode; „A1-Z9“ - kundenspezifische Merkmale)
III	Parametrierung („-“ - nicht vorhanden; „AA-ZZ“ - Backendanbindung; „000-999“ - kundenspezifische Konfiguration)
#####	Seriennummer

Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der oben genannten Bauarten erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
VDE-40049177 Revision 4	23.11.2021	22.11.2024
VDE-40049177 Revision 5	21.11.2024	22.11.2027
VDE-40049177 Revision 6	02.10.2025	22.11.2027

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster des Hauptstempels:



Die Jahreszahl wird zweistellig angebracht. Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die erstmalige Eichung und besteht aus der Zeichenfolge „DE-M“, den beiden letzten Ziffern der Jahreszahl und der Kennnummer „0366“. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen.

Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

Die Änderung in dieser Revision betrifft das Modul D-Zertifikat VDE-40049177 Revision 6 und die Baumusterprüfbescheinigung VDE40059971 und VDE40059971 Rev. 1.

Zl. 2025-0.885.210

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

**Tankautomaten der Bauarten „OPT Card Manager“ bzw. „OPT Wet & Dry“ und Fernanzeigeeinrichtungen der Bauart „Euroshop“ als Zusatzeinrichtungen für Betriebsstoffmessanlagen
(6. Revision der Zulassung Zl. 5849/2011)**

Antragsteller und Hersteller

UNICODE SYSTEMS, spol. s.r.o.
Průmyslová zóna 161
674 01 Třebíč
Tschechische Republik

Zulassungsbezeichnungen

OE 11	Für Fernanzeigeeinrichtungen der Bauart „Euroshop“ und Tankautomaten der Bauarten „OPT Card Manager“
R 070	
OE 11	Für Tankautomaten der Bauart „OPT Wet & Dry“
R 071	

Grund der Revision

Alternatives Betriebssystem Windows 11

Zl. BEV-2025-0.926.464

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Ortsdosimeter der Bauart 62AD50

Antragsteller und Hersteller

Automess GmbH
Daimlerstrasse 27
D-68526 Ladenburg

Zulassungsbezeichnung

OE 25
i 480

Kurzbeschreibung

Der Dosisleistungsmesser 62AD50 ist ein tragbares, batteriebetriebenes Strahlungsmessgerät für Photonenstrahlung (Gamma- und Röntgenstrahlung). Als Detektor dient ein eingebautes Geiger-Müller-Zählrohr. Die Messgröße ist die Umgebungs-Äquivalentdosisleistung $\dot{H}^*(10)$ bzw. Umgebungs-Äquivalentdosis $H^*(10)$. Das Dosimeter verfügt über einstellbare Alarmschwellen für Dosis- und Dosisleistungsmessung. Folgende Firmware-Versionen mit entsprechender CRC (Cyclic Redundancy Check) zur Identifikation sind zugelassen:

Firmware-Version	angezeigt als
0-F4F180A0-2,0co	0-F4F180A0-2,0co
2-F4F180A0-2,0co	2-F4F180A0-2,0co
0-1b9445C2-2,0co	0-1b9445C2-2,0co
2-1b9445C2-2,0co	2-1b9445C2-2,0co

.....

Zl. 2025-0.974.440

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung Fernanzeigeeinrichtung und Tankautomat der Bauart „Ratio TDC 2“ und „Ratio TDC 2M“ als Zusatzeinrichtungen für Betriebsstoffmessanlagen Revision 7 von Zl.2117/2016

Antragsteller und Hersteller

MADIC Deutschland GmbH (vormals Ratio Elektronik GmbH)
Im Kammerbühl 34
88212 Ravensburg
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

OE 16	Fernanzeigeeinrichtung und Tankautomat der Bauart „Ratio TDC 2“ gemäß der Zl. 2117/2016, Zl. 3064/2016 und Zl. 13.426/0046-E2/2019
R 010	
OE 16	Fernanzeigeeinrichtung und Tankautomat der Bauart „Ratio TDC 2“ gemäß der Zulassung Zl. 2020-0.704.275
R 011	
OE 16	Fernanzeigeeinrichtung und Tankautomat der Bauart „Ratio TDC 2M“ gemäß der Zulassung Zl. 2021-0.002.613 und Zl. 2023-0.002.613
R 012	
OE 16	Fernanzeigeeinrichtung und Tankautomat der Bauart „Ratio TDC 2“ und „Ratio TDC 2M“ gemäß der Zulassung Zl. 2025-0.113.316
R 013	
OE 16	Tankautomat der Bauart „Ratio TDC 2M“ mit Anbindung von Tankautomaten der Hectronic GmbH Deutschland zur Belegerteilung gemäß der Zulassung Zl. 2025-0.974.440
R 014	

Kurzbeschreibung

Fernanzeigeeinrichtung und Tankautomat der Bauart „Ratio TDC 2“ und „Ratio TDC 2M“ als abrechnungsrelevante Zusatzeinrichtungen für den Anschluss an Betriebsstoffmessanlagen.

Grund der Revision

Alternativer Belegdruck über Tankautomaten der Firma Hectronic GmbH Deutschland

Zl. 2025-0.989.673

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung Revision 2 der Zulassung Zl. 2023-0.748.072 Verkehrsgeschwindigkeitsmessgerät der Bauart TraffiStar SR390

Antragsteller und Hersteller

JENOPTIK Robot GmbH
Opladener Straße 202
40789 Monheim am Rhein
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

OE 23
v 010

Kurzbeschreibung

Verkehrsgeschwindigkeitsmessgeräte der Bauart TraffiStar SR390 messen die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge mittels Dopplereffekts von hochfrequenten elektromagnetischen Wellen und erfassen gleichzeitig über Abstands- und Winkelmessung die Position des gemessenen Fahrzeuges.

Wesentliche Änderungen in Revision 2

Anbindung an eine Verkehrsbeeinflussungsanlage (VBA) wird möglich. Geänderte Hardwarekomponenten, geänderte Software. IP-Kamera zur Dokumentation und Abgleich des aktuellen Wechselverkehrszeichen der VBA bei Vorfallfotos.

Zl. 2025-0.992.283

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 1 der Anerkennung Zl. 2023-0.701.729

Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauarten Chimero 180 und Chimero 240

Antragsteller und Hersteller

Kreisel Electric GmbH
Kreiselstraße 1
4261 Rainbach im Mühlkreis

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der CSA Group Bayern GmbH. Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Chimero 180	DE CSA 23 B 005 M	15.06.2023	14.06.2033
Chimero 180 Chimero 240	DE CSA 23 B 005 M, Revision 1	19.09.2025	14.06.2033

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigung

Anerkannt werden Ladeeinrichtungen für DC mit zwei Ladepunkten bis max. 240 kW Leistung mit den laut Baumusterprüfbescheinigung zulässigen Ladekabeln und zugeordneten Kompensationen der Leiterwiderstände. Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der in genannten Bauarten erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der CSA Group Bayern GmbH.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE CSA 23 D 011	30.06.2023	01.07.2026
DE CSA 23 D 011 Rev 1	28.11.2025	01.07.2026

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M 25 1948

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

Die Änderung in dieser Revision betrifft die Baumusterprüfbescheinigung DE CSA 23 B 005 M Revision 1 und Modul D Revision 1, durch die Erweiterung um die zusätzliche Bauart Chimero 240.

Zl. 2025-1.010.706

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung Revision 1

Freigabemessplatz der Bauart FR-10, V2.03.02.

Antragsteller

Elimpex-Medizintechnik Ges.m.b.H.
Spechtgasse 32
2340 Mödling

Hersteller

NUVIA Instruments GmbH
Ostdamm 139
D-48249 Dülmen

Zulassungsbezeichnung

OE 25
f 655

Kurzbeschreibung

Das Freigabemesssystem FR-10 dient zur Bestimmung der Aktivität von radioaktiven Abfällen. Die Messkammer des Freigabemesssystems FR-10 ist mit 10 NaI Szintillationsdetektoren – je 2 pro Seite und je einen Detektor in Boden und Decke – bestückt und fasst Plastikgebinde bis zu 60 Liter Inhalt. Die Detektoren besitzen einen integrierten Photomultiplier.

Die Bedienung des Messplatzes erfolgt mittels PC und eingebauter Tastatur mit Touch-Pad sowie aufgesetztem Display, zum Ausdruck der Daten kann ein Drucker angeschlossen werden.

Messgröße ist die Aktivität (Bq).

Wesentliche Änderungen in Revision 1:

Erweiterung der Gebinde und Kalibrierfaktoren

Zl. 2025-1.014.018

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 1 der Anerkennung GZ 2022-0.624.701

Elektrische Messwandler der Bauarten GT4..., GT5..., EGS..., VGM..., 4MT..., 4MU..., ESA..., ESB..., ESS..., 3PRK..., CGT..., 4MC6..., CHA..., CHS..., SGS..., 4MA..., EGG..., EGS..., 4MR..., 1PRK..., 4MC4...

Antragsteller und Hersteller

Dr. techn. Josef Zelisko, Fabrik für Elektrotechnik und Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.
Beethovengasse 43-45
2340 Mödling

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassungen zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführten deutschen Baumusterprüfbescheinigungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Diese deutschen Baumusterprüfbescheinigungen gelten damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Bauart	Zulassungsbezeichnung	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
GT4..., GT5...	DE-18-M-PTB-0044	DE-18-M-PTB-0044	26.07.2018	25.07.2028
EGS..., VGM..., 4MT..., 4MU...	DE-18-M-PTB-0062	DE-18-M-PTB-0062; Revision 1	13.07.2020	05.02.2029
4MU...	DE-18-M-PTB-0063	DE-18-M-PTB-0063; Revision 1	19.03.2020	18.03.2030
ESA..., ESB..., ESS..., VGM..., 4MT..., 4MU...	DE-22-M-PTB-0013	DE-22-M-PTB-0013; Revision 1	19.07.2023	02.05.2032
3PRK..., CGT..., 4MC6...	DE-24-M-PTB-0021	DE-24-M-PTB-0021; Revision 1	10.12.2024	13.03.2034
CHA..., CHS...	DE-24-M-PTB-0022	DE-24-M-PTB-0022	28.10.2024	27.10.2034
SGS..., 4MA...	DE-24-M-PTB-0025	DE-24-M-PTB-0025	17.12.2024	16.12.2034
EGG..., EGS..., 4MR...	DE-24-M-PTB-0026	DE-24-M-PTB-0026	11.09.2024	10.09.2034
1PRK..., 4MC4...	DE-24-M-PTB-0038	DE-24-M-PTB-0038, Revision 1	04.12.2024	24.06.2034
RK...	DE-24-M-PTB-0063	DE-24-M-PTB-0063	03.03.2025	02.03.2035

Tabelle 1

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der in genannten Bauarten erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-M-AQ-PTB092, Revision 4	23.12.2020	22.12.2023
DE-M-AQ-PTB092, Revision 5	23.12.2023	22.12.2026

Tabelle 2

Die Kennzeichnung der Ersteichung wird als Klebeetikette und optional als Plombe ausgeführt und erfolgt gemäß folgendem Muster:

Klebeetikette



Abbildung 1: Konformitätskennzeichnung

Die Jahreszahl wird zweistellig angebracht. Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die erstmalige Eichung und besteht aus der Zeichenfolge „DE-M“, den beiden letzten Ziffern der Jahreszahl und der Kennnummer „0102“.

Plombierung



Abbildung 2: Plombierung

Es sind die Buchstaben ZEL anzugeben.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

Erweiterung um folgende Bauarten: EGS..., VGM..., 4MT..., 4MU..., ESA..., ESB..., ESS..., 3PRK..., CGT..., 4MC6..., CHA..., CHS..., SGS..., 4MA..., EGG..., EGS..., 4MR..., 1PRK..., 4MC4...

Neue Revision des Modul-D-Zertifikats.

ZI. BEV- 2025-1.044.695

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Revision 2 der Zulassung 5394/2003

Elektrische Messwandler der Bauarten EVES 12-02, EVES 24-02, EASS 12... bzw. 4MA72XC, EASS 24... und EASS 36...

Antragsteller

Ritz-Messwandler GmbH
Linzer Straße 79
4614 Marchtrenk

Hersteller

Ritz Mérőtranszformátor Kft
Gabor Denes utca 1
6000 Kecskemét
Ungarn
bzw.

Siemens AG
Carl-Benz-Straße 22
60386 Frankfurt/Main
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

OE 03	für Spannungswandler Bauarten EVES 12-02 und EVES 24-02
M 090	
OE 03	für Stromwandler Bauarten EASS 12... bzw. 4MA72XC, EASS 24... und EASS 36...
M 100	

Kurzbeschreibung

Elektrische Messwandler der Bauarten EVES 12-02 und EVES 24-02 sind einpolig isolierte Spannungswandler mit Gießharzisolierung, die für den Einbau in Innenraumanlagen vorgesehen sind. Sie sind für eine höchste Spannung für Betriebsmittel von 12 kV bzw. 24 kV ausgelegt.

Elektrische Messwandler der Bauarten EASS 12... bzw. 4MA72XC, EASS 24... und EASS 36... sind gießharzisierte Stützerstromwandler, die für den Einbau in Innenraumanlagen vorgesehen sind. Sie sind für eine höchste Spannung für Betriebsmittel von 12 kV, 24 kV oder 36 kV ausgelegt.

Die Bauart EASS 12... wird auch mit der Bauartbezeichnung 4MA72XC für den Hersteller Siemens AG zugelassen.

Wesentliche Änderung in Revision 2

Erweiterung um die Bauart EASS 36-xy

ZI. BEV-2025-1.045.889

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Kombinierter Kältezähler der Bauart Supercal 5 Ultrasonic Typ SC5U

Antragsteller und Hersteller

Sontex Deutschland GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11
63322 Rödermark
Deutschland

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte innerstaatliche deutsche Baumusterprüfbescheinigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Bauart	Zulassungsbezeichnung	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Kombinierter Kältezähler der Bauart: Supercal 5 Ultrasonic Typ SC5U	Innerstaatliche deutsche Baumusterprüfbescheinigung	DE-25-M-PTB-0065	03.12.2025	03.12.2035


Tabelle 1

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der in Z 2 genannten Bauarten erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Zertifikat der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-M-AQ-PTB130 Revision 5	15.07.2025	14.07.2028

Tabelle 2

Die Kennzeichnung der Ersteichung wird als Klebeetikette ausgeführt und erfolgt gemäß folgendem Muster:



mit der Zeichenfolge „DE-M“, die von einem Rechteck mit einer Höhe von mindestens 5 Millimetern eingerahmt ist, nachfolgend mit den beiden letzten Ziffern der Jahreszahl des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde und mit der Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle, die in der Fertigungsphase beteiligt war. Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die möglichen Typenschilder der innerstaatlichen deutschen Baumusterprüfbescheinigung sind gemäß Zertifizierungsdokumentensatz anzubringen.

ZI. 2025-1.054.466

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

**Zusatzeinrichtung für Betriebsstoffmessenanlagen der Bauart HecVision
Revision 3 der Zulassung BEV-13.426/0078-E2/2018**

Antragsteller und Hersteller

Hectronic GmbH
Allmendstraße 15
D-79848 Bonndorf
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

OE 18
R 030
OE 18
R 031
OE 18
R 032

Kurzbeschreibung

Tankautomat der Bauart HecVision als abrechnungsrelevante Zusatzeinrichtung für Betriebsstoffmessenanlagen insbesondere für den Einsatz an unbemannten Tankstellen.

Grund der Revision

Erweiterung der bestehenden Software-Stände für CRC16-Checksummen, Implementierung der Software-Stände für CRC32-Checksummen, sowie Erweiterung der Software-Versionen des Hectronic FCI 2040.

Zl. 2026-0.019.225

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Revision 1 der Zulassung GZ 2024-0.531.264

Elektrizitätszähler der Bauart E860S1

Antragsteller

Landis+Gyr GmbH
Altmannsdorfer Straße 76
1120 Wien

Hersteller

Landis+Gyr AG
Alte Steinhauserstrasse 18
CH-6330 Cham
Schweiz

Zulassungsbezeichnung

OE 24	Statischer Drehstromzähler der Bauart E860S1 für Messwandleranschluss
e 040	

Kurzbeschreibung

Statischer Drehstromzähler für den Anschluss an Messwandler mit eingebautem elektronischen Tarifteil für Wirk- und Blindenergie, Lastprofilspeicher(n) in allen vier Quadranten, eichtechnischem Logbuch und modularen oder fest eingebauten Kommunikationsschnittstellen.

Die implementierte Software ist in einen eichpflichtigen und in einen nicht eichpflichtigen Teil getrennt. Der eichpflichtige Teil ist vom nicht eichpflichtigen Teil nicht beeinflussbar. Die Software der Geräte ist so aufgebaut, dass alle eich- und verrechnungsrelevanten Parameter und die Software zur Ermittlung und Verarbeitung dieser Parameter durch das Sicherheitssystem gegen unzulässige Änderungen gesichert sind.

Die Software der Zähler besteht bei der Version „U.20x.06.01“ aus den eichpflichtigen Teilen „Module System U.201.06.02“ und „Module A U.202.06.02“. Daneben gibt es eine Software, in der keine eichpflichtigen Funktionen implementiert sind und die keinen Einfluss auf die eichrechtlich relevante Software hat. Die „Module System“- und „Module A“-Teile werden durch Versionsnummern mit zugehöriger Kennung gemäß Tabelle 1 charakterisiert.

Ab der Softwareversion „U.201.08.02“ sind die Softwareteile „Module System“ und „Module A“ in einer gemeinsamen eichpflichtigen Software zusammengefasst. Diese Software ist ebenfalls durch Softwareversion und Softwarekennung gemäß Tabelle 1 festgelegt.

Die nicht-eichpflichtige Software kann ohne Verletzung der Sicherung jederzeit geändert werden.

Bezeichnung	Softwareversion	Softwarekennung
„Module System“	OBIS 1-0:0.2.0 „U.201.06.02“	OBIS 1-0:0.2.8 2693EB3AF9471E4EAE69A41A72683D607097FB84B15376AF6E065 CD3B3A857D615BC59568DDB0E4C22AE8364A6683A92
„Module A“	OBIS 1-1:0.2.0 „U.202.06.02“	OBIS 1-1:0.2.8 C9138B219181768DFCBFC766AC441613D3794A431E880D33FFEE38- D901D1CE74A270832758AEDE3DF93F5D9EBF540B90
Eichpflichtige Software	„SW-ID Syst“ unter der Kenn- ziffer 0.2.0 U.201.08.02	„SW-Checksum“ unter der Kennziffer 0.2.8 EB13FDC44998CD9E252FC878CC44BA0BA393420957322BEDAE00A- 59110F009E311764EF004D93F8AB929343036CEC66A

Tabelle 1

Softwareversionen und Checksummen können unter den OBIS-Codes „0.2.0“ und „0.2.8“ unter „FW ID MID“ und „Checksum MID“ bzw. „FW ID A“ und „Checksum A“ angezeigt werden.

Ab der Softwareversion „U.202.08.02“ können Softwareversionen und Softwarekennungen gemäß den OBIS-Codes „0.2.0“ und „0.2.8“ unter „SW-ID Syst“ und „SW-Checksum“ angezeigt werden.

Die Zähler mit den Softwareversionen in Tabelle 1 verfügen über die Fähigkeit, im Fehlerfall die eichpflichtige Software ohne Verletzung der Plombierung aktualisieren zu können.

Die Zähler sind nicht für die Verwendung in Haushalt, Gewerbe und Leichtindustrie zugelassen.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

Zusammenführung der eichpflichtigen Softwareteile „Module System“ und „Module A“ in eine einzige eichpflichtige Software.

Zl. 2026-0.019.465

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Revision 1 der Zulassung Zl. 2023-0.715.543

Elektrizitätszähler der Bauart E660s2

Antragsteller

Landis+Gyr GmbH
Altmannsdorfer Straße 76
1120 Wien

Hersteller

Landis+Gyr AG
Alte Steinhauserstrasse 18
CH-6330 Cham
Schweiz

Zulassungsbezeichnung

Diese innerstaatliche Zulassung bezieht sich auf die EU-Baumusterprüfbescheinigung (TEC)

- T11845 Revision 14 vom 4. Juli 2025

der Notifizierten Stelle NMi Certin B.V. mit der Kennnummer 0122, für die unter den Anwendungsbereich der Messgeräteverordnung, BGBl. II Nr. 31/2016, fallende Ermittlung des Wirkenergieverbrauches und erfasst diejenigen, über die Messgeräteverordnung hinausgehenden Funktionen, für die eine innerstaatliche Zulassung erforderlich ist.

OE 24
E 010

Statischer Drehstromzähler der Bauart E660s2 für den Anschluss an Messwandler

Kurzbeschreibung

Statischer Drehstromzähler für den Anschluss an Messwandler mit eingebautem elektronischen Tariteil für Wirkenergie sowie optional Blind- und Scheinenergie, Maximummessung, Lastprofilspeicher in allen vier Quadranten, eichtechnischem Logbuch und modularer Kommunikation.

Die implementierte Software ist in einen eichpflichtigen und in einen nicht eichpflichtigen Teil getrennt. Der eichpflichtige Teil ist vom nicht eichpflichtigen Teil nicht beeinflussbar. Die Software der Geräte ist so aufgebaut, dass alle eich- und verrechnungsrelevanten Parameter und die Software zur Ermittlung und Verarbeitung dieser Parameter durch das Sicherheitssystem gegen unzulässige Änderungen gesichert sind.

Die eichpflichtige Software der Zähler besteht bei der Version „U.02x.05.03“ aus den eichpflichtigen Teilen „Metrology“ und „Billing“. Daneben gibt es eine Software, in der keine eichpflichtigen Funktionen implementiert sind und die keinen Einfluss auf die eichrechtlich relevante Software hat. Der „Metrology“-Teil wird durch die in der EU-Baumusterprüfbescheinigung angeführte Versionsnummer mit zugehöriger Kennung gemäß Tabelle 1

charakterisiert. Der Teil „Billing“ ist durch die Softwareversion und Softwarekennung in Tabelle 1 festgelegt. Die eichpflichtigen Funktionen, die den innerstaatlichen Bestimmungen unterliegen, sind im „Billing“-Teil implementiert.

Ab der Softwareversion „U.021.08.02“ sind die Softwareteile „Metrology“ und „Billing“ in einer gemeinsamen eichpflichtigen Software zusammengefasst. Diese Software ist ebenfalls durch Softwareversion und Softwarekennung gemäß Tabelle 1 festgelegt.

Die nicht-eichpflichtige Software kann ohne Verletzung der Sicherung jederzeit geändert werden.

Die Zähler sind mit den in Tabelle 1 angeführten Softwareversionen und den zugehörigen Kennungen zugelassen. Softwareversionen und Kennungen können in der in Tabelle 1 angeführten Weise auf der Anzeige dargestellt werden.

Bezeichnung	Softwareversion	Softwarekennung
Metrology „System“	U.021.05.03	FA36A6507CD15BCF2ECEBE2F52D590064074D79B4EB0F63A12365-18B57E718470BD853D377C85297E268FEE923416A54
Billing „A“	U.022.05.03	B8D48ABFED293F79BD555CEF214AFD5ADC0AEAEFBCE79E-7C12A1262F4D0A44D109822CFF215843CD71555D344BDDFFC7
Eichpflichtige Software	„SW-ID Syst“ unter der Kennziffer 0.2.0 U.021.08.02	„SW-Checksum MID“ unter der Kennziffer 0.2.8 B3100FC8D07C1FC7472B2144942F3BEF268C22AA42345133338BD-FF6FF729DAD574B001453AC38530D569A453AF971EE

Tabelle 1

Softwareversionen und Checksummen können unter den OBIS-Codes „0.2.0“ und „0.2.8“ unter „FW ID MID“ und „Checksum MID“ bzw. „FW ID A“ und „Checksum A“ angezeigt werden.

Ab der Softwareversion „U.021.08.02“ können Softwareversionen und Softwarekennungen gemäß den OBIS-Codes „0.2.0“ und „0.2.8“ unter „SW-ID Syst“ und „SW-Checksum MID“ angezeigt werden.

Die Zähler mit den Softwareversionen in Tabelle 1 verfügen über die Fähigkeit, im Fehlerfall die eichpflichtige Software ohne Verletzung der Plombierung aktualisieren zu können.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

Zusammenführung der eichpflichtigen Softwareteile „System“ und „A“ in eine einzige eichpflichtige Software.

Zl. 2026-0.049.078

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauart DCL10 und DCPillar

Antragsteller und Hersteller:

KEBA eMobility DC GmbH
Reindlstraße 51
4040 Linz
Österreich

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der NMI Certin B.V. Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DCL10 & DCPillar	T12824-DE	24.06.2025	24.06.2035

Tabelle 1

Anerkannt werden DC Ladeeinrichtungen der baugleichen Typen DCL10 und DCPillar mit einer maximalen Leistung von 480 kW, mit einem maximalen Ladestrom von 500 A pro Ladepunkt und den laut Baumusterprüfbescheinigung zulässigen Ladekabeln als Gesamtsystem.

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der genannten Bauarten erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-F-Zertifikat des NMI Certin B.V.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
NMi-3940725-14	01.12.2025	-

Tabelle 2

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M 25 0122

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

ZI. 2026-0.075.015

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Revision 2 der Zulassung ZI. 2024-0.019.583

Elektrizitätszähler der Bauart 8xyz5-3

Antragsteller

Networked Energy Services sp. z o.o
ul. Połęże 9
80-720 Gdansk
Polen

Hersteller

Networked Energy Services Corporation
780 Montague Expressway, Suite 401
San Jose, CA 95131
USA

Zulassungsbezeichnung

Diese innerstaatliche Zulassung bezieht sich auf die folgenden EU-Baumusterprüfbescheinigungen

- T12242, Revision 1 vom 18. November 2024
- T12242, Revision 3 vom 8. Jänner 2026

für die unter den Anwendungsbereich der Messgeräteverordnung, BGBl. II Nr. 31/2016, fallende Ermittlung des Wirkenergieverbrauches und erfasst diejenigen, über die Messgeräteverordnung hinausgehenden Funktionen, für die eine innerstaatliche Zulassung erforderlich ist.

OE 24	Statischer Drehstromzähler der Type 8x335-3 für direkten Anschluss
E 020	
OE 24	Statischer Drehstromzähler der Typen 8x525-3 und 8x535-3 für den Anschluss an Messwandler
E 030	

Kurzbeschreibung

Statischer Drehstromzähler für direkten Anschluss bzw. Messwandleranschluss mit elektronischem Tarifteil für Wirk- und Blindenergiemessung in allen vier Quadranten, Lastprofil und optionaler Maximumregistrierung sowie mit optischer Schnittstelle und optionaler PLC- oder optionaler P2P-Kommunikationsschnittstelle (Cat-M1) und Abschaltvorrichtung für direkt angeschlossene Zähler.

Die Zähler sind mit den in Tabelle 1 angeführten Softwareversionen und Checksummen der eichpflichtigen Software zugelassen.

Softwareversion	Softwarekennung
04.80.21	1260 31EC
05.10.18	COAC 4808

Tabelle 1

Die Softwareversion und Softwarekennung wird während des Hochlaufes am Display angezeigt und kann über die IR-Schnittstelle sowie optional über die MEP-Schnittstelle ausgelesen werden.

Die Zähler mit den Softwareversionen gemäß Tabelle 1 verfügen über die Fähigkeit, im Fehlerfall die eichpflichtige Software ohne Verletzung der Plombierung aktualisieren zu können.

Typenschlüssel

8Z SSR – P E L O M N R

8	NES-Produktbezeichnung
Z	Kommunikation: 3: PLC-Kommunikation 5: P2P (LTE-Cat-M1/NB-IoT-Kommunikation)
SS	Anschlussart: 33: für direkten Anschluss 52: für Messwandleranschluss 1 % (entspricht Klasse B) 53: für Messwandleranschluss 0,5 % (entspricht Klasse C)
R	5: Hardwareversion
P	3: Anzahl der Phasen
E	E: Spannungsbereich, Nennfrequenz und Nennstrom (siehe Tabelle 2)
L	L: Lastkontrolloptionen (siehe Tabelle 3)
O	O: Hardwarekonfigurationen (siehe Tabelle 4)
M	M: Art der Kundenschnittstelle (siehe Tabelle 5)
N	N: P2P-Optionen (siehe Tabelle 6)
R	R: Platzhalter für zukünftige Optionen

Wesentliche Änderungen in Revision 2

Zulassung der Ausführung 8Z SSR mit SS: 52 für Messwandleranschluss 1 % (entspricht Klasse B).

ZI. 2026-0.087.851

Zulassung zur Eichung

**Kältezähler
der Bauart 732 und 733**

Antragsteller und Hersteller

Diehl Metering GmbH
Industriestraße 13
91522 Ansbach
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

OE 24
C 390

Kurzbeschreibung

Mikroprozessorgesteuerter vollständiger Ultraschall-Wärme-/Kältezähler der Bauarten 732 und 733 nach dem Ultraschall-temperatratukompensierten Laufzeitdifferenz-Messverfahren, wahlweise mit fest angeschlossenen oder austauschbaren Temperaturfühlern mit MID Konformitätskennzeichnung oder fremd gepaart für den wahlweisen Einbau im Vor- oder Rücklauf eines Wärmetauscher-Kreislaufsystems, in abgesetzter Ausführung des Rechenwerks.

Zl. BEV-2026-0.101.647

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 2

Kältezähler-Rechenwerk mit austauschbaren Temperaturfühlerpaar der Bauart Supercal 5 I

Antragsteller und Hersteller

Sontex Deutschland GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11
63322 Rödermark
Deutschland

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte innerstaatliche deutsche Baumusterprüfbescheinigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Diese innerstaatliche deutsche Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Bauart	Zulassungsbezeichnung	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Kältezähler-Rechenwerk mit austauschbaren Temperaturfühlerpaar vom Typ Supercal 5 I	Innerstaatliche deutsche Baumusterprüfbescheinigung	DE-21-MPTB-0040_ Revision 4	02.10.2025	01.07.2031


Tabelle 1

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der in Z 2 genannten Bauart erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Zertifikat der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-M-AQ-PTB130, Revision 5	15.07.2025	14.07.2028

Tabelle 2

Die Kennzeichnung der Ersteichung wird als Klebeetikette ausgeführt und erfolgt gemäß folgendem Muster:



mit der Zeichenfolge „DE-M“, die von einem Rechteck mit einer Höhe von mindestens 5 Millimetern eingerahmt ist, nachfolgend mit den beiden letzten Ziffern der Jahreszahl des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde und mit der Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle, die in der Fertigungsphase beteiligt war. Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die möglichen Typenschilder der innerstaatlichen deutschen Baumusterprüfbescheinigung sind gemäß Zertifizierungsdokumentensatz anzubringen.

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung.

Wesentliche Änderungen in Revision 2

Zusätzliche Firmwareversionen, redaktionelle Änderungen

.....

Zl. 2026-0.116.178

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

**Tankautomat der Bauart Heconomy als Zusatzeinrichtung
zum Anschluss an Betriebsstoffmessenanlagen
Revision 7 von Zulassung Zl. 4221/2011**

Antragsteller und Hersteller

Hectronic GmbH
Allmendstraße 15
D-79848 Bonndorf
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

OE 11
R 060
OE 11
R 061

Kurzbeschreibung

Tankautomat der Bauart Heconomy als Zusatzeinrichtung für Betriebsstoffmessenanlagen für den Einsatz an unbemannten Tankstellen.

Grund der Änderung

Alternatives Controller-Board mit Ergänzung der entsprechenden Software-Stände; Ergänzende Software-Versionen für den Interfaceboard Typ Hectronic Forecourt-Interface FCI 2040; Erweiterung der Druckertypen und Treiber; Ergänzung der mobilen Variante zur Fahrzeugmontage; alternatives Betriebssystem Linux.